

Tester ESD náramků a obuvi SmartLog Pro® 2, 50181

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 101009167 |
| Dostupnost: | 3 týdny |



Popis

Ověřuje funkčnost ESD náramku a obuvi operátora, zaznamenává výsledky a řídí přístup do ESD chráněné oblasti. Výchozí testovací limity jsou pro náramek 750 kΩ až 10 MΩ, pro obuv 750 kΩ až 35 MΩ.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/tester-esd-naramku-a-obuvi-smartlog-pro-2-50181/?videos=1>

Obsah balení

- 1 x SmartLog Pro® 2.
 - 1 x držák na zeď.
 - 1 x duální nášlapná deska.
 - 1 x napájecí adaptér (bez napájecího kabelu).
 - 1 x propojovací kabel k nožní desce.
 - 1 x micro USB kabel.
 - 1 x uzemňovací kabel.
 - 1 x šroub.
 - 2 x montážní kotvy.
 - 2 x stahovací páska.
 - 1 x sada pro 10 mm adaptér na zápěstí.
- Napájecí kabel do elektrické sítě není součástí balení, objednává se zvlášť (viz záložka Příslušenství, kód 200220).

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|-------------------------------------|---|
| Rozsah rezistance měřených náramků | 7,5 x 10 ⁵ Ω ~ 3,5 x 10 ⁷ Ω |
| Rozsah rezistance měřených kablíků | - |
| Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO) | 7,5 x 10 ⁵ Ω ~ 3,5 x 10 ⁷ Ω |
| Rozsah rezistance měřené obuvi (DO) | - |
| Indikace naměřené hodnoty | optická |
| Nášlapná plocha | dvojitá |
| Rozměr nášlapné plochy | 337 x 387 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Výstup na relé | ano |
| Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) | ano |
| Záznam do databáze (např. SQL) | ano |
| Identifikace / záznam osoby | kartou RFID, IT |
| Komunikační protokol k dispozici | ano |
| Číselné zobrazení naměřené hodnoty | ano |
| Kalibrace | externím přístrojem |
| Napájení | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Pracuje samostatně (bez PC) | ano |
| Rozměry (š x h x v) | 135 x 229 x 28 mm |
| Hmotnost | 0.8 kg |
| Pracovní teplota | 5 - 30 °C |
| Obsah balení | sada testeru s příslušenstvím |
| Typ testeru | combo tester ESD náramků a obuvi |
| Výrobce | Desco |