

Zkušební přístroj síly M4-025E

Obj. číslo:	106000989
Dostupnost:	4 - 7 týdnů



Popis

Digitální zkušební přístroj síly určený k testování tahových a tlakových sil. Kapacita přístroje 1,0 N (0,25 lbF), rozlišení 0,0005 N (0,0001 lbF).

Obsah balení

Transportní pouzdro
 dlátko
 kužel
 drážka V
 háček
 ploška
 prodlužovací tyč
 univerzální adaptér střídavého napětí
 baterie
 návod pro rychlý start
 kabel USB
 jednotka CD (ovladač USB, software MESUR Lite, demoverze softwaru MESURgauge, a návod k použití)
 kalibrační certifikát NIST s daty.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ zkušebního přístroje	měření síly
Vzorkovací kmitočet	3000 Hz
Přesnost	± 0.2 %
Výstupy	USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty
Kapacita silových přístrojů	1.0 N
Rozlišení	0.0005 N
Jednotky měření	lbF, ozF, kgF, gF, N

Rozměry	64.3 x 149.4 x 33.6 mm
Hmotnost	0.45 kg