

Zkušební přístroj síly M7-025E

Obj. číslo:	106002032
Dostupnost:	4 - 7 týdnů



Popis

Digitální zkušební přístroj síly určený k testování tahových a tlakových sil. Vzorkovací frekvence 14000 Hz. Kapacita přístroje 1,0 N (0,25 lbF), rozlišení 0,0002 N (0,00005 lbF).

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/zkusebni-pristroj-sily-m7-025e/?videos=1>

Obsah balení

Transportní pouzdro.
 Dlátka, kužel, drážka V, háček, ploška.
 Prodlužovací tyč.
 Univerzální síťový adaptér.
 Baterie.
 Návod pro rychlý start.
 Kabel USB.
 Jednotka CD (ovladač USB, software MESUR Lite, demoverze softwaru MESURgauge a návod k použití).
 Kalibrační certifikát NIST s daty.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ zkušebního přístroje	měření síly
Vzorkovací kmitočet	14000 Hz
Přesnost	± 0.1 %
Výstupy	USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty
Kapacita silových přístrojů	1.0 N
Rozlišení	0.0002 N
Jednotky měření	lbF, ozF, gF, N, mN

Rozměry	64.3 x 149.4 x 33.6 mm
Hmotnost	0.45 kg